MAILLEFER

Conform Fit™

Gutaperčové čepy

CZ

JEN PRO POUŽITÍ VE STOMATOLOGII

NÁVOD K POUŽITÍ

REF. B00WGGP, B00PNGP, B00PGGP, B00TNGP

0) SLOŽENÍ

Složky:

- Oxid zinečnatý
- Oxid titaničitý
- Syntetická gutaperča
- Síran barnatý
- Barvicí činidla
- Inertní výplň

1) INDIKACE K POUŽITÍ

Produkty smějí být používány jen na klinikách nebo v nemocnicích kvalifikovanými zubními lékaři.

Oblast použití: Endodontický obturátor. Tento produkt lze použít u všech pacientů, u kterých je nutno provést ošetření kořenového kanálku Je indikován pro použití jako hlavní materiál pro obturaci nebo výplň vyčištěného, vytvarovaného a vypláchnutého prostoru kořenového kanálku během ošetření kořenového kanálku.

Bezpečnost a účinnost použití nebyla stanovena u těhotných nebo kojících žen nebo u dětí.

2) KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

3) VAROVÁNÍ
Nejsou známa.

4) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- Jen pro použití ve stomatologii.
- Není určeno pro tepelnou sterilizaci.
- Chraňte před sluncem a teplem.
- Uchovávejte při pokojové teplotě (< 30°C (86°F)).
- Nepoužívejte dezinfekční roztoky obsahující fenol nebo jakékoli produkty, které nejsou kompatibilní s používaným výplňovým materiálem.

5) NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Za současného stavu techniky dosud nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

6) POKYNY KROK ZA KROKEM
Materiál by měl být používán jen kvalifikovanými profesionálními stomatology a ostatním personálem, který je seznámen s technikami a postupy jeho použití. Po vytvarování a vyčištění kořenového kanálku odborně vyškolený lékař provede obturaci. Tento postup zahrnuje použití gutaperčových čepů a pečetidla. Hlavní čep odpovídá prvnímu čepu zaváděnému do kanálku a měl by být vybrán ve stejné velikosti jako poslední nástroj, který byl používán při preparaci, aby bylo zajištěno řádné zapečetění v apikální oblasti. Ostatní čepy je možné zavést do kanálku v závislosti na technice, kterou lékař používá. Pro změkčení materiálu a zajištění dokonalé pečeti a rozměrové adaptace kořenového kanálku je možné používaný nástroj zahřát.

7) DEZINFEKCE
Ponořte obturační nástroje do roztoku NaOCl o koncentraci 5.25% a pokojové teplotě na dobu 1 až 5 minut. Jemně otřete gutaperču sterilní gázou navlhčenou v 70% isopropylalkoholu. Nepoužívejte dezinfekční roztoky obsahující fenol nebo jakékoli jiné produkty, které nejsou kompatibilní s používaným výplňovým materiálem.

Symboly	CZ
	Katalogové číslo
	Datum expirace
	Datum výroby
	Výrobce
	Číslo šarže
	Jen pro jednorázové použití
	Nelze vrátit, pokud je rozbitá pečeť
	Uchovávejte v suchu
	Skladujte na chladném, suchém místě
+ 30°C	Teplotní omezení
xxx °C	Nevhodné pro parní sterilizaci
LATEX	Tento produkt neobsahuje přírodní latex
GP	Gutaperča
0086	Označení CE

CE
0086

Dentsply Sirona

Výrobce

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger, 3
CH-1338 Ballaigues
Švýcarsko
dentsplysirona.com